

# **Odborný léčebný ústav Jevíčko**

## **vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zboží**

---

V souladu s ust. § 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění se pro toto řízení nepoužije zákon o veřejných zakázkách, s výjimkou zásad uvedených v ust. § 6 tohoto zákona.

### **1. Zadavatel:**

#### **Odborný léčebný ústav Jevíčko,**

příspěvková organizace Pardubického kraje (dle § 2 odst. 2c)

zastoupený ředitelkou Ing. Lenkou Smékalovou

569 43 Jevíčko č. 508

tel.: 461 550 711

fax: 461 326 636

e-mail: olujevicko@olujevicko.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Jevíčko, č. ú.43-4564540297/0100

IČO: 00193976

DIČ: CZ00193976

### **2. Vymezení plnění zakázky – zadávací dokumentace:**

jedná se o zakázku malého rozsahu na dodávku zboží

#### **Předmět zakázky:**

**dodávka 1 ks flexibilního bronchoskopu s vláknovou optikou** (fibrobronchoskopu) pro diagnostické a terapeutické výkony v dolních cestách dýchacích, včetně příslušenství, adapterů a doplňků, potřebných pro připojení ke stávajícímu světelnému zdroji a kameře a pro mytí ve stávající myčce/dezinfektoru.

#### **A) Technická specifikace**

Zorný úhel	120 °
Hloubka ostrosti	min. 3-50 mm
Vnější průměr tubusu	max. 6,0 mm
Průměr distálního konce	max. 5,9 mm
Průměr pracovního kanálu	min. 2,2 mm
Ohyb	min. 180° nahoru, 130° dolů
Pracovní délka	cca 600 mm

#### **B) Provedení a technické požadavky:**

1. Přístroj musí být kompatibilní se světelným zdrojem Olympus CLV-S40
2. Na okulár musí být možné připojit kameru Olympus OTV-F3
3. Přístroj musí být možné mýt a dezinfikovat v myčce/dezinfektoru Olympus mini ETD
4. Oddělené umístění odsávacího ventilu od vstupu do pracovního kanálu
5. Keramická koncovka pro provádění terapeutických výkonů
6. Optimální umístění pracovního kanálu z hlediska cíleného odběru materiálu – ideálně na pozici „12“

Splnění požadavků 5 a 6 bude vítané, ale nesplnění nebude důvodem k vyloučení nabídky.

### **C) Požadované příslušenství:**

Základní odběrové a čistící, náhradní gumové krytky pracovního kanálu, adaptéry pro připojení světelného zdroje a kamery, adaptéry pro dezinfektor/myčku, a ostatní výrobcem doporučené příslušenství (tester těsnosti),

### **D) Další požadavky:**

- Požadujeme zaručení rychlosti oprav a/nebo záruku bezplatného zapůjčení náhradního přístroje po dobu opravy trvající déle než 3 dny.
- Garance servisní podpory (= provádění oprav a dodávání náhradních dílů) nejméně po dobu 7 let od dodání.
- Plnou záruku nejméně 24 měsíců, včetně bezplatného provádění výrobcem a platnou legislativou požadovaných úkonů (pravidelné bezpečnostně-technické kontroly).
- Splnění legislativních požadavků, potřebných pro použití přístroje při poskytování léčebné péče v humánní medicíně (Prohlášení o shodě, CE certifikát).
- Dodání dokumentace v českém jazyce a zaškolení personálu.
- Zapůjčení nabízeného přístroje pro praktické ověření před podpisem smlouvy.

### **3. Doba a místo plnění:**

Zadávací lhůta (uzavření smlouvy) : do 17. 10. 2014

Realizace: do 1 měsíce po uzavření smlouvy

místo plnění: Odborný léčebný ústav Jevíčko, 569 43 Jevíčko č. 508

### **4. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečů:**

Uchazeč prokáže splnění kvalifikačních předpokladů předložením prosté kopie oprávnění k podnikání a příloženým čestným prohlášením podepsaným oprávněnou osobou.

### **5. Způsob hodnocení nabídek:**

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti dle Tabulky 1, která je přiložena k této výzvě. Hlavním kritériem je cena – nejlepší cena bude hodnocena 70 body. Ostatní provozně technická kritéria uvedená v Tabulce 1 budou hodnocena podle uvedené bodové hodnoty – celkem lze získat maximálně 30 bodů. Jako nejlepší bude hodnocena nabídka s nejvyšším počtem získaných bodů – maximum je 100 bodů.

### **6. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky:**

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku v českém jazyce, a ta musí obsahovat:

- krycí list veřejné zakázky s nabídkou přístroje a celkovou nabídkovou cenou bez DPH včetně požadovaného příslušenství dle bodu 2C)
- shrnutí technických požadavků dle bodu 2A, 2B a 2C formou přiložené **Tabulky 1**
- návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele, a to včetně obchodních podmínek, sankce za nedodržení termínu dodání a délky záruky nejméně 24 měsíců. Smlouva musí obsahovat soupis dodávaného příslušenství k flexibilnímu bronchoskopu dle bodu 2C) a garantovat požadavky v bodě 2D) .
- referenční seznam dodaných a instalovaných přístrojů s kontakty na uživatele
- doklady k prokázání kvalifikace dle bodu 4 této výzvy (oprávnění k podnikání a čestné prohlášení – příloženo)

## **7. Platební podmínky:**

Dodávka bude vyúčtována po jejím dokončení jednou fakturou se splatností 30 dnů od data vystavení. Nabídková cena vybraného uchazeče o VZ je cenou konečnou a musí být uvedena ve v návrhu smlouvy.

## **8. Místo a lhůta pro podání nabídek**

Nabídku podepsanou oprávněnou osobou doručte na ředitelství OLÚ Jevíčko poštou nebo osobně **do termínu 26. 9. 2014 do 14.00 hod.** (postačí 1 kopie).

Nabídky podávejte v uzavřených obálkách, označených „VZ – flexibilní bronchoskop“.

Obálka dále musí obsahovat identifikační údaje uchazeče a na místě uzavření obálky razítko.

Nabídky podané v neuzavřených nebo v neoznačených obálkách, či v obálkách poškozených tak, že je možné obsah obálky vyjmout, nebudou do výběrového řízení přijaty, stejně tak jako nabídky předložené po stanoveném termínu.

V případě doručování nabídek poštou se za okamžik převzetí považuje převzetí zásilky adresátem.

Nabídku může zaslat i neoslovený zájemce o zakázku, hodnoceno bude prvních 5 doručených nabídek.

V případě dotazů kontaktujte Ing. Antonína Staňka, tel 461550716.

9. **Otevírání obálek** a vyhodnocení nabídek je neveřejné a proběhne do 3. 10. 2014. Vybraný uchazeč o VZ bude zveřejněn na profilu zadavatele

[www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00193976](http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00193976)

a na web stránkách ústavu: <http://www.olujevicko.cz/verzakazky.php>

## **10. Ostatní informace :**

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zadávací řízení zrušit bez udání důvodu.

Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.

Podané námítky nebudou akceptovány.

V Jevíčku dne 8. 9. 2014



Ing. Lenka Smékalová  
ředitelka ústavu

## ***Oslovení účastníci výběrového řízení:***

Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, Evropská 176160 41 Praha 6

MEDINET s. r. o., nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

RADIX CZ s.r.o., Čáslavská 231, 284 01 Kutná Hora

Hospimed, spol. s r.o., Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3

Fénix Brno, spol. s r. o., Vackova 79, 612 00 BRNO